

Warszawa, 25 czerwca 2021 r.

Dot. Zakup i dostawa wyposażenia stanowisk renowatorów oraz akcesoria do przepakowywania obiektów w ramach projektu Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Zamawiający – Muzeum Narodowe w Warszawie na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyjaśnia treść SWZ w następującym zakresie:

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na: zakup i dostawę wyposażenia stanowisk renowatorów oraz akcesoriów do przepakowywania obiektów w ramach projektu Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”. Mamy następujące pytania.

1. Jakie parametry klimatu ma mierzyć rejestrator? Dot. Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia część 2
2. Czy w przypadku wysłania oferty przez profil zaufany wymagany jest również elektroniczny?

Ad. 1

Minimalne wymagania techniczne dla cyfrowych urządzeń pomiarowych z funkcją rejestracji, przeznaczonych do monitorowania warunków klimatycznych w pomieszczeniach z obiektami zabytkowymi:

- pomiar ciągły lub interwałowy temperatury i wilgotności względnej powietrza,
- jeżeli pomiar jest interwałowy, to konieczna jest możliwość regulacji tego interwału: minimum to 15 minut,
- dopuszczalny błąd pomiaru: dla wilgotności do 2%, dla temperatury do 0,5 st. Celsjusza
- rozdzielczość pomiarowa: do pierwszego miejsca po przecinku,
- urządzenie powinno posiadać certyfikat kalibracji.
- urządzenie powinno posiadać wyświetlacz umożliwiający odczyt wartości parametrów na bieżąco.

Dotyczy projektu pn. „HEREDITAS. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

- minimalny interwał zapisu: 1 minuta

Ad. 2

Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu – Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oferta wymaga zaszyfrowania. Mechanizm szyfrowania ma miejsce bezpośrednio na stronie <https://miniPortal.uzp.gov.pl>. Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie <https://miniPortal.uzp.gov.pl> odnaleźć niniejsze postępowanie. Po wejściu w jego szczegóły odnajdzie przycisk umożliwiający szyfrowanie. System miniPortal automatycznie zapamiętuje, w którym postępowaniu Wykonawca zaszyfrował ofertę. Tak przygotowany plik należy przesłać przez formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku

Anna Kościelna-Kufluk



Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania
Muzeum Narodowe w Warszawie

Dotyczy projektu pn. „HEREDITAS. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.